

Số: 17/TM-BV

Vũ Thur, ngày 17 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư thận nhân tạo của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Dược sỹ Vũ Văn Huỳnh - Trưởng khoa Dược bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur, SĐT: 0983.136.575, Email: Vuhuynh1507@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy có dấu đỏ: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur, Địa chỉ Thị trấn Vũ Thur, huyện Vũ Thur, tỉnh Thái Bình; SĐT: 0227.3826.306.

- File mềm: Gửi vào địa Email: Vuhuynh1507@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm (theo phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thur (Thị trấn Vũ Thur, huyện Vũ Thur, tỉnh Thái Bình).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.



- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị từng đợt nghiệm thu hợp đồng.

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho bệnh viện. Số hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu theo từng đợt. Bệnh viện sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán.


Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

5. Các thông tin khác.

Nhà thầu áp dụng mẫu báo giá theo Phụ lục 02 đính kèm công văn này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website bệnh viện ĐK Vũ Thư;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Lương



**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ THẬN NHÂN TẠO
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ THƯ NĂM 2025**

(Kèm theo công văn số: *AT* /TM-BV ngày 17/02/2025 của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư)



STT	Danh mục thiết bị y tế	Tiêu chí kỹ thuật, thể tích, hàm lượng, nồng độ (nếu có) tham khảo	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	2	3	4	5
1	Quả lọc thận nhân tạo chu kỳ	<ul style="list-style-type: none"> - Quả lọc Middle Flux chất liệu màng Polyethersulfone hoặc Polysulfone hoặc tương đương. - Diện tích màng $\leq 1,7m^2$ - Hệ số siêu lọc KUF (ml/hr*mmHg) từ 20-30 - Thể tích mỗi ≤ 108 ml - Độ thanh thải với Qb 300ml/phút: Urea ≥ 270, Creatinine ≥ 251, Phosphate ≥ 221, Vitamin B12 ≤ 143 - Phương pháp tiệt trùng: Tia Gamma hoặc Hơi nước 	Quả	2.000
2	Quả lọc thận nhân tạo màng tự nhiên Cenulose hạn chế dị ứng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu màng Cenulose Triacetate. - Diện tích màng $\leq 1,5m^2$ - Hệ số siêu lọc KUF (ml/hr*mmHg) ≥ 18 - Thể tích mỗi ≤ 90 ml - Độ thanh thải với Qb 300ml/phút: Urea ≥ 270, Creatinine ≥ 237, Phosphate ≥ 201, Vitamin B12 ≤ 125 - Phương pháp tiệt trùng: Tia Gamma hoặc Hơi nước 	Quả	50
3	Kim chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> * Kim (AVF canula) - Kim: thép không gỉ SUS 304 tiêu chuẩn y tế - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính trong kim: 1,45mm - Đường kính ngoài kim: 1,60mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim siêu mỏng phủ silicone * Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm - Đường kính trong dây: 3,5mm - Đường kính ngoài dây: 5,5mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate để quan sát - Cánh bướm xoay, màu xanh lá. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip và cỡ kim in nổi - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắc chắn - Tiệt trùng ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC 	Chiếc	24.000
4	Bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2725mm, dây động mạch 3685mm. Thể tích mỗi: 152ml - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Kích thước bầu: 4.7x 7.0x 25mm. - Có túi Pillow ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. - Kích cỡ dây phân tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm - Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485:2016 	Bộ	2.000
5	Phin lọc khí	<ul style="list-style-type: none"> - Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo trên đường đi của chất lỏng. - Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với bộ lọc trong 0.1 microns. - Đóng gói riêng từng chiếc. 	Chiếc	1.000



1	2	3	4	5
6	Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo	Thành phần: - Peracetic acid: 4.5% - Hydrogen Peroxide: 19% - Acetic acid: 15% Và các thành phần phụ khác: 61,5% - pH < 1.0 - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Can 5 lít Dùng để sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo	Can	24



PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: /TM-BV, ngày 17 tháng 02 năm 2025 của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư)

TÊN ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ

Số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư**

Trên cơ sở Thư mời báo giá sốCV-BV ngày tháng năm của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, chúng tôi [*Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

Stt	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Phân loại TTBYT	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VNĐ) (<i>nếu có</i>)	Kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng (tại đơn vị nào)	Số quyết định trúng thầu	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A													
2	Thiết bị B													
3														
....														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: *Cột phân loại trang thiết bị y tế (Loại A/B/C/D; nếu không có ghi: Không phân loại)*